

ประกาศมูลนิธิรักไทย

เรื่องประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับผู้ใส่สารเสพติดชนิดฉีดเข้าเส้น (PWID)

มูลนิธิรักไทย มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับผู้ใส่สารเสพติดชนิดฉีดเข้าเส้น (PWID)

จำนวน 13 รายการ (เอกสารแนบท้าย)

ลำดับ	รายการ Product List	จำนวนที่จัดซื้อ Quantity	
1	เข็มฉีดยาขนาด 25 G ยาว 1 นิ้ว และกระบอกฉีดยาขนาด 3 มม. แบบถอดหัวได้ (Detachable)	258,600	ชิ้น
2	เข็มฉีดยาขนาด 27 G ยาว 0.5 นิ้ว และกระบอกฉีดยาขนาด 3 มม. แบบถอดหัวได้ (Detachable)	437,800	ชิ้น
3	เข็มฉีดยาขนาด 27 G ยาว 0.5 นิ้ว และกระบอกฉีดยาขนาด 1 มม. แบบถอดหัวไม่ได้(Fixed)	107,400	ชิ้น
4	เข็มฉีดยาขนาด 29 G ยาว 1/2 นิ้ว และกระบอกฉีดยาขนาด 1 มม. แบบถอดหัวไม่ได้(Fixed)	99,600	ชิ้น
5	ถุงพลาสติกแบบปิดสนิท ขนาด 15X23 ซม. (Plastic Zip Lock)	196,404	ชิ้น
6	สำลีปั่นก้อน Sterile (บรรจุ5ชิ้น/แพค)	196,800	แพค
7	สำลี Cotton Filters (บรรจุ5ชิ้น/แพค)	196,800	แพค
8	สำลีหรือแผ่นใยกระดาษชุบแอลกอฮอล์สำเร็จรูป (Alcohol Pad) (บรรจุ 200 ชิ้น/กล่อง)	984,000	ชิ้น
9	น้ำกลั่น Sterile water (plastic bottles) (บรรจุ5ชิ้น/แพค)	984,000	ขวด
10	Stericup	980,600	อัน
11	พลาสติกเอร์ยาปิดแผล	984,000	ชิ้น
12	Non Latex tourniquet	195,840	ชิ้น
13	การบรรจุชุดอุปกรณ์สำหรับผู้ใส่สารเสพติดชนิดฉีดเข้าเส้น (PWID)	196,800	ชุด

ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันที และมี
คุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กำหนด

โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนดดังต่อไปนี้

1. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคา

1.1 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาข้อ 1.1)

1.2 แบบใบเสนอราคา (เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาข้อ 1.2)

1.3 แบบบัญชีเอกสาร

(1) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1

(2) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2

1.4 บทนิยาม

(1) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

(2) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

2. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

2.1 ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อ

2.2 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่
เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ

2.3 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่มูลนิธิฯ ณ
วันประกาศประกวดราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

2.4 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ
ผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

2.5 ผู้เสนอราคาต้องมีสำเนาแต่งตั้งการเป็นตัวแทนจำหน่ายจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่มีบริษัทภายในประเทศ

2.6 ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจัดซื้อของมูลนิธิฯ

3. หลักฐานการเสนอราคา

ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซองใบเสนอราคา
เป็น 2 ส่วน

3.1 ส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล

ก. ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลจาก
นายทะเบียนไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันที่เสนอราคา บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม(ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

ข. บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลจากนาย
ทะเบียนไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันที่เสนอราคา หนังสือบริคณห์สนธิ สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ผู้มีอำนาจควบคุมและบัญชีผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ รายชื่อลูกค้าที่ใช้บริการในระยะเวลา 2-3 ปี ที่ผ่านมา พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(2) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มีนิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(3) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุใน (1)

(4) สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ และสำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(5) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา

3.2 ส่วนที่ 2 ต้องมีจัดเตรียมเอกสาร และสินค้าตัวอย่าง ดังต่อไปนี้

(1) รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของชุดอุปกรณ์สำหรับผู้ใช้งานเสฟติคชนิดฉีดเข้าเส้น (PWID)

(2) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย ในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอำนาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน

(3) ตัวอย่างชุดอุปกรณ์สำหรับผู้ใช้งานเสฟติคชนิดฉีดเข้าเส้น (PWID)

(4) เอกสารคำขออนุญาตผลิต/นำเข้าชุดอุปกรณ์สำหรับผู้ใช้งานเสฟติคชนิดฉีดเข้าเส้น (PWID) เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับฉลากจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

(5) เอกสารแสดงผลการทดสอบประสิทธิภาพการระคายเคืองต่อผิวหนังและการป้องกันเชื้อจากสถาบันที่ได้รับการยอมรับในประเทศหรือต่างประเทศ

(6) หนังสือรับรอง/ยินยอม รับคืนหรือแลกเปลี่ยนชุดอุปกรณ์สำหรับผู้ใช้งานเสฟติคชนิดฉีดเข้าเส้น (PWID) ในกรณีที่ตรวจในภายหลังว่าชุดอุปกรณ์สำหรับผู้ใช้งานเสฟติคชนิดฉีดเข้าเส้น (PWID) ที่ส่งมอบไม่ได้มาตรฐานตามที่กำหนด และยินดีรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่พึงจะมีทั้งหมด

(7) หนังสือสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม แสดงเครื่องหมายมาตรฐานชุดอุปกรณ์สำหรับผู้ใช้งานเสฟติคชนิดฉีดเข้าเส้น (PWID)

(8) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา

4. การเสนอราคา

4.1 ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคานี้โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน จำนวนเงินที่เสนอต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการชดเชยหรือแก้ไข หากมีการชดเชย ตก เต็ม แก้ไข เปลี่ยนแปลงจะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กำกับไว้ด้วยทุกแห่ง

4.2 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวม และราคาต่อหน่วย และต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวงไว้แล้ว จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้กับมูลนิธิรักษไทย ตามสถานที่ที่มูลนิธิรักษไทยกำหนด ราคาที่เสนอ จะต้องเสนอกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า 30 วัน นับแต่วันเปิดซองใบเสนอราคาโดยภายในกำหนดยื่นราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามีได้

4.3 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลา**ส่งมอบพัสดุภายใน 30 วันหลังจากลงนามสัญญา และส่งมอบชุดเข็มบรรจุเสร็จภายใน 30 วันหลังจากได้รับพัสดุดำเนินการ** นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาว่าจ้าง

4.4 ผู้เสนอราคาจะต้องส่งแคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุที่เสนอราคาพร้อมกับใบเสนอราคาเพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้มูลนิธิจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางมูลนิธิสำหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นสำเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสำเนาถูกต้องโดยมีผู้มีอำนาจทำนิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการเปิดซองซองราคามีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับแคตตาล็อก ผู้เสนอราคาจะต้องนำต้นฉบับมาให้คณะกรรมการเปิดซองประกวดราคาตรวจประกวดภายใน 3 วัน

4.5 ผู้เสนอราคาจะต้องส่งตัวอย่างของชุดอุปกรณ์สำหรับผู้ใส่สารเสพติดชนิดฉีดเข้าเส้น (PWID) รายการละ 2 ชิ้น เพื่อใช้ในการตรวจทดลองหรือประกอบการพิจารณา และหรือประกอบสัญญา ทั้งนี้ มูลนิธิจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นแก่ตัวอย่างดังกล่าว ตัวอย่างที่เหลือหรือไม่ใช้แล้วมูลนิธิจะคืนให้แก่ผู้เสนอราคา

4.6 ก่อนยื่นซองประกวดราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจสอบร่างสัญญา แบบรูป และรายละเอียดฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองประกวดราคา ตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคา

4.7 ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองใบเสนอราคาที่เป็นฉบับของราคาเรียบร้อยแล้ว จ่าหน้าซองถึง "ประธานคณะกรรมการเปิดซองประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับผู้ใส่สารเสพติดชนิดฉีดเข้าเส้น (PWID)" การยื่นซองประกวดราคาให้ยื่นโดยตรงต่อ "มูลนิธิรักไทย" 185 ซอยประดิพัทธ์ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 เท่านั้น เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นซองประกวดราคาแล้วจะไม่รับซองเสนอราคาโดยเด็ดขาด

4.8 กำหนดยื่นและเปิดซองประกวดราคา ให้ยื่นโดยตรงต่อมูลนิธิรักไทย 185 ซอยประดิพัทธ์ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 ภายในวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2568 ถึงวันที่ 29 ตุลาคม 2568 เวลา 12.00 น. และ กำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 29 ตุลาคม 2568 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ มูลนิธิรักไทย

5. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา

5.1 ในการประกวดราคาค้างนี้มูลนิธิจะพิจารณาคัดสินด้วยราคารวม

5.2 หากผู้ส่งราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่นหลักฐานเสนอราคาไม่ถูกต้องหรือไม่ ครบถ้วนตามข้อ 3 หรือยื่นซองประกวดราคาไม่ถูกต้องตามข้อ 4 แล้ว คณะกรรมการเปิดซองประกวดราคา จะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดพลาดเพียงเล็กน้อย หรือ ผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาในส่วนที่มีสาระสำคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณา เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อมูลนิธิเท่านั้น

5.3 มูลนิธิสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้

(1) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารประกวดราคา หรือในหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาของมูลนิธิฯ

(2) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลหรือนุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่งอย่างใด หรือทั้งหมดในใบเสนอราคา

(3) เสนอราคารายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาที่เป็นสาระสำคัญหรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น

(4) ราคาที่เสนอมีการขาดลบ ตก เต็ม แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคาไม่ได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กำกับไว้

5.4 ในการตัดสินใจการประกวดราคาหรือในการทำสัญญา คณะกรรมการเปิดซองประกวดราคาหรือมูลนิธิต้องมีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะหรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้มูลนิธิต้องมีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทำสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสม

5.5 มูลนิธิ ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใดหรืออาจยกเลิกการประกวดราคาโดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดท้ายจะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของมูลนิธิ เป็นสำคัญและให้ถือว่าการตัดสินใจของมูลนิธิ เป็นเด็ดขาดผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมทั้งมูลนิธิจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาและลงโทษผู้เสนอราคาเสมือนเป็นผู้ทำงาน หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทำไปโดยไม่สุจริตเช่นการเสนอราคาอันเป็นเท็จ หรือมีการสมยอมกันในการเสนอราคา หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทนเป็นต้นในกรณีนี้ผู้เสนอราคาต่ำสุดเสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตาม

สัญญาได้ คณะกรรมการเปิดซองประกวดราคา หรือมูลนิธิ จะให้ผู้เสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่าผู้เสนอราคาสามารถดำเนินงานตามประกวดราคาซื้อให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่ยอมรับได้ คณะกรรมการเปิดซองมีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น

5.6 มูลนิธิสงวนสิทธิในการทำสัญญาทางนิติกรรมผูกพันกับคู่กรณีผู้ชนะการประกวดราคาโดยมีจำเป็นต้องบอกกล่าวต่อคู่กรณีแต่อย่างใด

6. การทำสัญญาซื้อขาย/สัญญาว่าจ้าง

6.1 ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาสามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน 5 วันทำการของทางราชการนับแต่วันที่ทำข้อตกลงซื้อ มูลนิธิจะพิจารณาจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการทำสัญญาได้

6.2 ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน 5 วันทำการของทางราชการหรือมูลนิธิเห็นว่าไม่สมควรจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือ ผู้ชนะการประกวดราคาจะต้องทำสัญญาซื้อขายกับมูลนิธิภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ 5 ของราคาค่าสิ่งของที่ประกวดราคาได้ให้มูลนิธิยึดถือไว้ขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

(2) เงินสด

(3) เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่มูลนิธิโดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทำสัญญา หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วันทำการของทางราชการ(ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้เสียค่าธรรมเนียมในการเรียกเก็บเช็คเข้าบัญชีธนาคารแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร)

(4) หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ

(5) หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้ำประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย

(6) พันธบัตรรัฐบาลไทย หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วันนับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคา (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว



7. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับคิดในอัตราร้อยละ 0.20 ต่อวันของราคาสินค้าที่ยังไม่ได้ส่งมอบ

8. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประกวดราคาซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทำสัญญาซื้อขาย แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือนนับถัดจากวันที่ผู้ซื้อรับมอบ โดยผู้ขายต้องรับผิดชอบซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้งานได้ดังเดิม ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

ทั้งนี้ ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารประกวดราคาได้ที่ มูลนิธิรักไทย 185 ซอยประดิพัทธ์ 6 แขวงพญาไท

เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 ระหว่างวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2568 ถึงวันที่ 27 ตุลาคม 2568

หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 02-265-6815-02-265 6819 ในเวลาทำการ (08.30 น. - 17.30 น.)

ประกาศ ณ วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2568

ลงชื่อ

(นายพร้อมบุญ พานิชภักดิ์)

เลขาธิการมูลนิธิรักไทย

รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ (TOR-Term Of Reference)

อุปกรณ์สำหรับผู้ให้สารเสพติดชนิดฉีดเข้าเส้น (PWID) และอุปกรณ์สะอาดอื่นๆ

รายการที่ 1 เข็มฉีดยาขนาด 25 G ยาว 1 นิ้ว และกระบอกฉีดยาขนาด 3 มล. แบบถอดหัวได้

1.1 เข็มฉีดยา ขนาด 25 G ยาว 1 นิ้ว จำนวน 2,586 กล้อง (บรรจุ 100 ชุด/กล้อง)

1.1.1. ตัวเข็มทำมาจากเหล็กกล้าไร้สนิม Stainless Steel (Medical Grade) เคลือบสารหล่อลื่นซิลิโคนทั้งหมด ทำให้ดูดยา เติดยาได้ง่าย และช่วยละแรงเสียดทานขณะแทงเข็ม

1.1.2. ปลายเข็มต้องคม ปราศจากเสี้ยนหรือตำหนิใด ๆ

1.1.3. ปลอกหุ้มเข็ม ทำด้วยพลาสติก หรือวัสดุที่ไม่มีสี

1.1.4. บรรจุในภาชนะปราศจากเชื้อและเข็มฉีดยาแต่ละอันบรรจุในภาชนะบรรจุย่อยที่เหมาะสมโดยบรรจุของละ 1 ชุด ปลอกสวมเข็มมีระบบล็อกไม่หลุดง่าย เพื่อป้องกันการปนเปื้อน (contamination) เข็มปิดงอและอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น

1.1.5. เข็มฉีดยาเยื่อหุ้ม Nipro ตัวเข็มชนิด Stainless steel ถอดออกจากกระบอกฉีดยาได้

1.1.6. หัวเข็มขนาด 25G x 1 นิ้ว เป็นเข็มฉีดยาปราศจากเชื้อแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง ประกอบด้วยตัวเข็ม ฐานเข็มและปลอกหุ้มเข็ม

2.2. กระบอกฉีดยา ขนาด 3 มล. จำนวน 2,586 กล้อง (บรรจุ 100 ชุด/กล้อง)

2.2.1. เป็นกระบอกฉีดยาแบบถอดเข็มได้ (Nonfix Needle)

2.2.2. มีขีดบอกปริมาตรเป็นยูนิต ขนาด 4-40 ยูนิต (มีตัวเลขกำกับทุกๆ 4 หน่วย)

2.2.3. ตัวเลขและขีดบอกปริมาตรชัดเจน ไม่หลุดลอกและอ่านง่าย

2.2.4. มีความแรงอินซูลิน 40 หน่วยของอินซูลินต่อลูกบาศก์เซนติเมตร (U-40)

2.2.5. การแสดงฉลากที่กระบอกฉีดอินซูลินทุกกระบอก อย่างน้อยต้องมีข้อความระบุความแรงของอินซูลินที่มุ่งหมายใช้ด้วย เช่น "U-40"

2.2.6. กระบอกฉีดยาเยื่อหุ้ม Nipro ขนาด 3 มล.

2.2.7. กระบอกฉีดยาปราศจากเชื้อเป็นแบบ Disposable Syringe (ใช้ครั้งเดียวทิ้ง)บรรจุในภาชนะปราศจากเชื้อและกระบอกฉีดยาแต่ละอันบรรจุในภาชนะบรรจุย่อยที่เหมาะสมโดยบรรจุของละ 1 ชุด

3.3. การแสดงฉลากบรรจุ ให้บรรจุของละ 1 หน่วย ของบรรจุต้องฉีกเรียบร้อยแล้ว ไม่รื้อฉีก สามารถรักษาสภาพปราศจากเชื้อได้ตลอดระยะเวลาการเก็บ ป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น ระหว่างการขนส่งและการเก็บรักษา สะดวกต่อการใช้งาน หากเปิดฉีกแล้ว ฉีกซ้ำไม่ได้

3.3.1. การแสดงฉลากบรรจุบนซองบรรจุเข็มฉีดยาและกระบอกฉีดยาอินซูลินแต่ละซอง ต้องมีข้อความภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ทั้งนี้ โดยแสดงรายละเอียดอย่างน้อยดังนี้

- 1) ข้อความระบุความแรงของอินซูลินขนาด U-40
- 2) ความจุเป็นหน่วยอินซูลิน
- 3) ความจุระบุเป็นมิลลิลิตร
- 4) ระบุเส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก หรือขนาดเข็มฉีดยา (G) และความยาวของเข็มเป็นมิลลิเมตร
- 5) ชื่อ เครื่องหมายการค้าหรือชื่อการค้าของผู้ผลิตหรือเจ้าของผลิตภัณฑ์
- 6) เลขที่หรืออักษรแสดงครั้งที่ผลิต
- 7) วิธีการฆ่าเชื้อ
- 8) ข้อความหรือสัญลักษณ์ที่มีความหมายว่า ปราศจากเชื้อ
- 9) ข้อความหรือสัญลักษณ์ที่มีความหมายว่า ใช้ได้ครั้งเดียว
- 10) วันเดือนปีที่ทำการผลิต
- 11) วันเดือนปีที่หมดอายุ (ต้องมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 2 ปี นับจากวันส่งมอบ)
- 12) รหัสรุ่นที่ผลิต (Lot number)
- 13) คำเตือนที่มีความหมายแสดงว่าไม่ให้นำไปใช้ถ้าซองบรรจุชำรุดหรือเปิดแล้ว (เฉพาะแบบที่บรรจุของละ 1 หน่วย)

3.3.2. การแสดงฉลากบนภาชนะบรรจุรวมเพื่อการเก็บรักษาและขนส่งทุกหน่วย ต้องมีข้อความภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ โดยแสดงรายละเอียดอย่างน้อยดังนี้

- 1) ชื่อเข็มฉีดยาและกระบอกฉีดยาอินซูลิน
- 2) ข้อความระบุความแรงของอินซูลินที่มุ่งหมายใช้ด้วย เช่น "U-40"
- 3) ความจุระบุเป็นมิลลิเมตร

- 4) ชื่อและสถานที่ตั้ง สถานที่ผลิต หรือนำเข้าแล้วแต่กรณี สำหรับกระบอกฉีดยาอินซูลินที่นำเข้า ให้แสดงชื่อสถานที่ผลิตและประเทศผู้ผลิตด้วย
- 5) จำนวนกระบอกฉีดอินซูลินที่บรรจุ
- 6) เลขที่หรืออักษรแสดงครั้งที่ผลิต
- 7) วิธีการฆ่าเชื้อ
- 8) วิธีการเก็บรักษาเพื่อป้องกันมิให้กระบอกฉีดยาอินซูลิน หรือซองบรรจุเสื่อมคุณภาพหรือ สูญเสียสภาพะปราศจากเชื้อ
- 9) ข้อความว่า "ปราศจากเชื้อ"
- 10) ข้อความว่า "ใช้ได้ครั้งเดียว" แสดงด้วยอักษรสีแดง
- 11) ข้อความว่า "ห้ามนำไปใช้ถ้าซองบรรจุชำรุด หรือเปิดแล้ว"
- 12) วันเดือนปีที่ทำการผลิต
- 13) วันเดือนปีที่หมดอายุ (ต้องมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 2 ปีนับจากวันส่งมอบ)
- 14) รหัสรุ่นที่ผลิต (Lot number)

3.3.3. เข็มฉีดยาและกระบอกฉีดยาที่ผลิต หรือนำเข้าเพื่อขายในประเทศต้องมีมาตรฐาน เป็นไปตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมว่าด้วยเรื่องมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเข็มฉีดยา และกระบอกฉีดยาปราศจากเชื้อชนิดใช้ครั้งเดียว (มอก.2031-2552) หรือมาตรฐาน ISO3537 Sterile single-use syringes, with or without needle for insulin

รายการที่ 2 เข็มฉีดยาขนาด 27 G ยาว 1/2 นิ้ว และกระบอกฉีดยาขนาด 1 มล แบบถอดหัวได้

2.1. เข็มฉีดยา ขนาด 27 G ยาว 1/2 นิ้ว จำนวน 4,378 กล่อง (บรรจุ 100 ชุด/กล่อง)

2.1.1. ตัวเข็มทำมาจากเหล็กกล้าไร้สนิม Stainless Steel (Medical Grade) เคลือบสารหล่อลื่น ซิลิโคนทั้งหมด ทำให้ดูดยา เติมนยาได้ง่าย และช่วยลดแรงเสียดทานขณะแทงเข็ม

2.1.2. ปลายเข็มต้องคม ปราศจากเหลี่ยมหรือตำหนิใด ๆ

2.1.3. ปลอกหุ้มเข็ม ทำด้วยพลาสติก หรือวัสดุที่ไม่มีสี

2.1.4. บรรจุในภาชนะปราศจากเชื้อและเข็มฉีดยาแต่ละอันบรรจุในภาชนะบรรจุย่อยที่เหมาะสม โดยบรรจุของละ 1 ชุด ปลอกสวมเข็มมีระบบล็อกไม่หลุดง่าย เพื่อป้องกันการปนเปื้อน (contamination) เข็มบิดงอและอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น

2.1.5. เข็มฉีดยาเยื่อหุ้ม Nipro ตัวเข็มชนิด Stainless steel ถอดออกจากกระบอกฉีดยาได้

2.1.6. หัวเข็มขนาด 27G x 1/2 นิ้ว เป็นเข็มฉีดยาปราศจากเชื้อแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง ประกอบด้วย
ตัวเข็ม ฐานเข็มและปลอกหุ้มเข็ม

2.2. กระบอกฉีดยา ขนาด 1 มล. จำนวน 4,378 กล้อง (บรรจุ 100 ชุด/กล้อง)

2.2.1. เป็นกระบอกฉีดยาแบบถอดเข็มได้ (Nonfix Needle)

2.2.2. มีขีดบอกระดับเป็นยูนิต ขนาด 4-40 ยูนิต (มีตัวเลขกำกับทุกๆ 4 หน่วย)

2.2.3. ตัวเลขและขีดบอกระดับชัดเจน ไม่หลุดลอกและอ่านง่าย

2.2.4. มีความแรงอินซูลิน 40 หน่วยของอินซูลินต่อลูกบาศก์เซนติเมตร (U-40)

2.2.5. การแสดงฉลากที่กระบอกฉีดยาอินซูลินทุกกระบอกอย่างน้อยต้องมีข้อความระบุความแรงของ
อินซูลินที่มุ่งหมายให้ด้วย เช่น "U-40"

2.2.6. กระบอกฉีดยาเยื่อหุ้ม Nipro ขนาด 1 มล.

2.2.7. กระบอกฉีดยาปราศจากเชื้อเป็นแบบ Disposable Syringe (ใช้ครั้งเดียวทิ้ง)บรรจุใน
ภาชนะปราศจากเชื้อและกระบอกฉีดยาแต่ละอันบรรจุในภาชนะบรรจุย่อยที่เหมาะสมโดยบรรจุของละ 1
ชุด

2.3. การแสดงฉลากบรรจุ ให้บรรจุของละ 1 หน่วย ของบรรจุต้องฉีกเรียบร้อย ไม่รั่วซึม สามารถ
รักษาสภาพปราศจากเชื้อได้ตลอดระยะเวลาการเก็บ ป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ระหว่างการ
ขนส่งและการเก็บรักษา สะดวกต่อการใช้งาน หากเปิดฉีกแล้ว ฉีกซ้ำไม่ได้

2.3.1. การแสดงฉลากบรรจุบนซองบรรจุเข็มฉีดยาและกระบอกฉีดยาอินซูลินแต่ละซองต้องมี
ข้อความภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ทั้งนี้ โดยแสดงรายละเอียดอย่างน้อยดังนี้

- 1) ข้อความระบุความแรงของอินซูลินขนาด U-40
- 2) ความจุเป็นหน่วยอินซูลิน
- 3) ความจุระบุเป็นมิลลิลิตร
- 4) ระบุเส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก หรือขนาดเข็มฉีดยา (G) และความยาวของเข็มเป็นมิลลิเมตร
- 5) ชื่อ เครื่องหมายการค้าหรือชื่อการค้าของผู้ผลิตหรือเจ้าของผลิตภัณฑ์
- 6) เลขที่หรืออักษรแสดงครั้งที่ผลิต

วิธีการฆ่าเชื้อ

- 8) ข้อความหรือสัญลักษณ์ที่มีความหมายว่า ปราศจากเชื้อ
- 9) ข้อความหรือสัญลักษณ์ที่มีความหมายว่า ใช้ได้ครั้งเดียว
- 10) วันเดือนปีที่ทำการผลิต
- 11) วันเดือนปีที่หมดอายุ (ต้องมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 2 ปีนับจากวันส่งมอบ)
- 12) รหัสรุ่นที่ผลิต (Lot number)
- 13) คำเตือนที่มีความหมายแสดงว่าไม่ให้นำไปใช้ถ้าซองบรรจุชำรุดหรือเปิดแล้ว (เฉพาะแบบที่บรรจุของละ 1 หน่วย)

2.3.2. การแสดงฉลากบนภาชนะบรรจุรวมเพื่อการเก็บรักษาและขนส่งทุกหน่วย ต้องมีข้อความ เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ โดยแสดงรายละเอียดอย่างน้อยดังนี้

- 1) ชื่อเข็มฉีดยาและกระบอกฉีดยาอินซูลิน
- 2) ข้อความระบุความแรงของอินซูลินที่มุ่งหมายใช้ด้วย เช่น “U-40”
- 3) ความจุระบุเป็นมิลลิเมตร
- 4) ชื่อและสถานที่ตั้ง สถานที่ผลิต หรือนำเข้าแล้วแต่กรณี สำหรับกระบอกฉีดยาอินซูลินที่นำเข้าให้แสดงชื่อสถานที่ผลิตและประเทศผู้ผลิตด้วย
- 5) จำนวนกระบอกฉีดยาอินซูลินที่บรรจุ
- 6) เลขที่หรืออักษรแสดงครั้งที่ผลิต
- 7) วิธีการฆ่าเชื้อ
- 8) วิธีการเก็บรักษาเพื่อป้องกันมิให้กระบอกฉีดยาอินซูลิน หรือซองบรรจุเสื่อมคุณภาพหรือสูญเสียสภาพปราศจากเชื้อ
- 9) ข้อความว่า “ปราศจากเชื้อ”
- 10) ข้อความว่า “ใช้ได้ครั้งเดียว” แสดงด้วยอักษรสีแดง
- 11) ข้อความว่า “ห้ามนำไปใช้ถ้าซองบรรจุชำรุด หรือเปิดแล้ว”
- 12) วันเดือนปีที่ทำการผลิต
- 13) วันเดือนปีที่หมดอายุ (ต้องมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 2 ปีนับจากวันส่งมอบ)
- 14) รหัสรุ่นที่ผลิต (Lot number)

2.3.3. เข็มฉีดยาและกระบอกฉีดยาที่ผลิต หรือนำเข้าเพื่อขายในประเทศต้องมีมาตรฐานเป็นไปตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมว่าด้วยเรื่องมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเข็มฉีดยาและกระบอกฉีดยา

ปราศจากเชื้อชนิดใช้ครั้งเดียว (มอก.2031-2552) หรือมาตรฐาน ISO3537 Sterile single-use syringes, with or without needle for insulin

รายการที่ 3 เข็มฉีดยาขนาด 27 G ยาว 1/2 นิ้ว และกระบอกฉีดยาขนาด 1 มม. แบบถอดหัวไม่ได้

3.1. เข็มฉีดยา ขนาด 27 G ยาว 1/2 นิ้ว จำนวน 1,074 กล้อง (บรรจุ 100 ชุด/กล้อง)

3.1.1. ตัวเข็มทำมาจากเหล็กกล้าไร้สนิม Stainless Steel (Medical Grade) เคลือบสารหล่อลื่นซิลิโคนทั้งหมด ทำให้ดูดยา เติดยาได้ง่าย และช่วยละแรงเสียดทานขณะแทงเข็ม

3.1.2. ปลายเข็มต้องคม ปราศจากเสี้ยนหรือตำหนิใด ๆ

3.1.3. ปลอกหุ้มเข็ม ทำด้วยพลาสติก หรือวัสดุที่ไม่มีสี

3.1.4. บรรจุในภาชนะปราศจากเชื้อและเข็มฉีดยาแต่ละอันบรรจุในภาชนะบรรจุย่อยที่เหมาะสม โดยบรรจุของละ 1 ชุด ปลอกสวมเข็มมีระบบล็อกไม่หลุดง่าย เพื่อป้องกันการปนเปื้อน (contamination) เข็มปิดจุกและอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น

3.1.5. เข็มฉีดยาหยีห่อ (TERUMO) ตัวเข็มชนิด Stainless steel ถอดออกจากกระบอกฉีดยาไม่ได้

3.1.6. หัวเข็มขนาด 27G x 1/2 นิ้ว เป็นเข็มฉีดยาปราศจากเชื้อแบบใช้ครั้งเดียวทั้ง ประกอบด้วย ตัวเข็ม ฐานเข็มและปลอกหุ้มเข็ม

3.2 การแสดงฉลากบรรจุ ให้บรรจุของละ 1 หน่วย ของบรรจุต้องฉีกเรียบร้อย ไม่ร่วซึม สามารถรักษาสภาพปราศจากเชื้อได้ตลอดระยะเวลาการเก็บ ป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น ระหว่างการขนส่ง และการเก็บรักษา สะดวกต่อการใช้งาน หากเปิดฉีกแล้ว ฉีกซ้ำไม่ได้

3.2.1. การแสดงฉลากบรรจุบนซองบรรจุเข็มฉีดยาและกระบอกฉีดยาอินซูลินแต่ละซองต้องมีข้อความภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ทั้งนี้ โดยแสดงรายละเอียดอย่างน้อยดังนี้

- 1) ข้อความระบุความแรงของอินซูลินขนาด U-40
- 2) ความจุเป็นหน่วยอินซูลิน
- 3) ความจุระบุเป็นมิลลิลิตร
- 4) ระบุเส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก หรือขนาดเข็มฉีดยา (G) และความยาวของเข็มเป็นมิลลิเมตร
- 5) ชื่อ เครื่องหมายการค้าหรือชื่อการค้าของผู้ผลิตหรือเจ้าของผลิตภัณฑ์
- 6) เลขที่หรืออักษรแสดงครั้งที่ผลิต
- 7) วิธีการฆ่าเชื้อ

- 8) ข้อความหรือสัญลักษณ์ที่มีความหมายว่า ปราศจากเชื้อ
- 9) ข้อความหรือสัญลักษณ์ที่มีความหมายว่า ใช้ได้ครั้งเดียว
- 10) วันเดือนปีที่ทำการผลิต
- 11) วันเดือนปีที่หมดอายุ (ต้องมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 2 ปีนับจากวันส่งมอบ)
- 12) รหัสรุ่นที่ผลิต (Lot number)
- 13) คำเตือนที่มีความหมายแสดงว่าไม่ให้นำไปใช้ถ้าของบรรจุชำรุดหรือเปิดแล้ว (เฉพาะแบบที่บรรจุของละ 1 หน่วย)

3.2.2. การแสดงฉลากบนภาชนะบรรจุรวมเพื่อการเก็บรักษาและขนส่งทุกหน่วย ต้องมีข้อความเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ โดยแสดงรายละเอียดอย่างน้อยดังนี้

- 1) ข้อความระบุความแรงของอินซูลินขนาด U-40
- 2) ความจุเป็นหน่วยอินซูลิน
- 3) ความจุระบุเป็นมิลลิลิตร
- 4) ระบุเส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก หรือขนาดเข็มฉีดยา (G) และความยาวของเข็มเป็นมิลลิเมตร
- 5) ชื่อ เครื่องหมายการค้าหรือชื่อการค้าของผู้ผลิตหรือเจ้าของผลิตภัณฑ์
- 6) เลขที่หรืออักษรแสดงครั้งที่ผลิต
- 7) วิธีการฆ่าเชื้อ
- 8) ข้อความหรือสัญลักษณ์ที่มีความหมายว่า ปราศจากเชื้อ
- 9) ข้อความหรือสัญลักษณ์ที่มีความหมายว่า ใช้ได้ครั้งเดียว
- 10) วันเดือนปีที่ทำการผลิต
- 11) วันเดือนปีที่หมดอายุ (ต้องมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 2 ปีนับจากวันส่งมอบ)
- 12) รหัสรุ่นที่ผลิต (Lot number)
- 13) คำเตือนที่มีความหมายแสดงว่าไม่ให้นำไปใช้ถ้าของบรรจุชำรุดหรือเปิดแล้ว (เฉพาะแบบที่บรรจุของละ 1 หน่วย)

3.2.3. เข็มฉีดยาและกระบอกฉีดยาที่ผลิต หรือนำเข้าเพื่อขายในประเทศต้องมีมาตรฐานเป็นไปตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมว่าด้วยเรื่องมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเข็มฉีดยาและกระบอกฉีดยาปราศจากเชื้อชนิดใช้ครั้งเดียว (มอก.2031-2552) หรือมาตรฐาน ISO3537 Sterile single-use syringes, with or without needle for insulin

รายการที่ 4 เข็มฉีดยาขนาด 29 G ยาว 1/2 นิ้ว และกระบอกฉีดยาขนาด 1 มล. แบบถอดหัวไม่ได้ FIX -LOW DEAD SPACE

4.1. เข็มฉีดยา ขนาด 29 G ยาว 1/2 นิ้ว และกระบอกฉีดยาขนาด 1 มม. แบบถอดหัวไม่ได้

จำนวน 996 กล่อง (บรรจุ 100 ชุด/กล่อง)

4.1.1. ตัวเข็มทำมาจากเหล็กกล้าไร้สนิม Stainless Steel (Medical Grade) เคลือบสารหล่อลื่นซิลิโคนทั้งหมด ทำให้ดูดยา เติดยาได้ง่าย และช่วยละแรงเสียดทานขณะแทงเข็ม

4.1.2. ปลายเข็มต้องคม ปราศจากเสี้ยนหรือตำหนิใด ๆ

4.1.3. ปลอกหุ้มเข็ม ทำด้วยพลาสติก หรือวัสดุที่ไม่มีสี

4.1.4. บรรจุในภาชนะปราศจากเชื้อและเข็มฉีดยาแต่ละอันบรรจุในภาชนะบรรจุย่อยที่เหมาะสมโดยบรรจุของละ 1 ชุด ปลอกสวมเข็มมีระบบล็อกไม่หลุดง่าย เพื่อป้องกันการปนเปื้อน (contamination) เข็มบดงอและอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น

4.1.5. เข็มฉีดยายี่ห้อ (Nipro) ตัวเข็มชนิด Stainless steel ถอดออกจากกระบอกฉีดยาไม่ได้

4.1.6. หัวเข็มขนาด 29G x 1/2 นิ้ว เป็นเข็มฉีดยาปราศจากเชื้อแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง ประกอบด้วยตัวเข็ม ฐานเข็มและปลอกหุ้มเข็ม

4.2. การแสดงฉลากบรรจุ ให้บรรจุของละ 1 หน่วย ของบรรจุต้องฉีกเรียบร้อย ไม่รั่วซึม สามารถรักษาสภาพปราศจากเชื้อได้ตลอดระยะเวลาการเก็บ ป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น ระหว่างการขนส่งและการเก็บรักษา สะดวกต่อการใช้งาน หากเปิดฉีกแล้ว ฉีกซ้ำไม่ได้

4.2.1. การแสดงฉลากบรรจุบนของบรรจุเข็มฉีดยาและกระบอกฉีดยาอินซูลินแต่ละของ ต้องมีข้อความเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ทั้งนี้ โดยแสดงรายละเอียดอย่างน้อยดังนี้

- 1) ข้อความระบุความแรงของอินซูลินขนาด U-40
- 2) ความจุเป็นหน่วยอินซูลิน
- 3) ความจุระบุเป็นมิลลิลิตร
- 4) ระบุเส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก หรือขนาดเข็มฉีดยา (G) และความยาวของเข็มเป็นมิลลิเมตร
- 5) ชื่อ เครื่องหมายการค้าหรือชื่อการค้าของผู้ผลิตหรือเจ้าของผลิตภัณฑ์

6) เลขที่หรืออักษรแสดงครั้งที่ผลิต

7) วิธีการฆ่าเชื้อ

8) ข้อความหรือสัญลักษณ์ที่มีความหมายว่า ปราศจากเชื้อ

9) ข้อความหรือสัญลักษณ์ที่มีความหมายว่า ใช้ได้ครั้งเดียว

10) วันเดือนปีที่ทำการผลิต

11) วันเดือนปีที่หมดอายุ (ต้องมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 2 ปีนับจากวันส่งมอบ)

12) รหัสรุ่นที่ผลิต (Lot number)

13) คำเตือนที่มีความหมายแสดงว่าไม่ให้นำไปใช้ถ้าของบรรจุชำรุดหรือเปิดแล้ว (เฉพาะแบบที่บรรจุของละ 1 หน่วย)

4.2.2. การแสดงฉลากบนภาชนะบรรจุรวมเพื่อการเก็บรักษาและขนส่งทุกหน่วย ต้องมีข้อความ เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ โดยแสดงรายละเอียดอย่างน้อยดังนี้

1) ชื่อเข็มฉีดยาและกระบอกฉีดอินซูลิน

2) ข้อความระบุความแรงของอินซูลินที่มุ่งหมายใช้ด้วย เช่น "U-40"

3) ความจุระบุเป็นมิลลิเมตร

4) ชื่อและสถานที่ตั้ง สถานที่ผลิต หรือนำเข้าแล้วแต่กรณี สำหรับกระบอกฉีดยาอินซูลินที่นำเข้าให้แสดงชื่อสถานที่ผลิตและประเทศผู้ผลิตด้วย

5) จำนวนกระบอกฉีดอินซูลินที่บรรจุ

6) เลขที่หรืออักษรแสดงครั้งที่ผลิต

7) วิธีการฆ่าเชื้อ

8) วิธีการเก็บรักษาเพื่อป้องกันมิให้กระบอกฉีดยาอินซูลิน หรือของบรรจุเสื่อมคุณภาพหรือสูญเสียสถานะปราศจากเชื้อ

9) ข้อความว่า "ปราศจากเชื้อ"

10) ข้อความว่า "ใช้ได้ครั้งเดียว" แสดงด้วยอักษรสีแดง

11) ข้อความว่า "ห้ามนำไปใช้ถ้าของบรรจุชำรุด หรือเปิดแล้ว"

12) วันเดือนปีที่ทำการผลิต

13) วันเดือนปีที่หมดอายุ (ต้องมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 2 ปีนับจากวันส่งมอบ)

14) รหัสรุ่นที่ผลิต (Lot number)

4.2.3. เข็มฉีดยาและกระบอกฉีดยาที่ผลิต หรือนำเข้าเพื่อขายในประเทศต้องมีมาตรฐาน เป็นไปตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมว่าด้วยเรื่องมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเข็มฉีดยา และกระบอกฉีดยาปราศจากเชื้อชนิดใช้ครั้งเดียว (มอก.2031-2552) หรือมาตรฐาน ISO3537 Sterile single-use syringes, with or without needle for insulin

รายการที่ 5 ถุงพลาสติกแบบปิดสนิท ขนาด 15X23 ซม. (Plastic Zip Lock) จำนวน 196,404 ซอง
(บรรจุ 1 ชิ้น/ซอง)

- 5.1 เป็นซองพลาสติกปิดสนิทสีเข้มทึบแสง
- 5.2 ขนาดไม่น้อยกว่า 15 x 23 เซนติเมตร
- 5.3 ฉลากต้องแสดงรหัสรุ่นที่ผลิต (Lot Number), วันเดือนปีที่ผลิต (Manufacturing Date) และวันหมดอายุ (Expiry Date) อย่างชัดเจน
- 5.4 อายุของผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบต้องมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 2 ปี นับจากวันส่งมอบ
- 5.5 บนแต่ละซองจะต้องติด **สติ๊กเกอร์กันน้ำ** พร้อมพิมพ์ข้อความ ด้วยสีน้ำเงินเข้ม และ ขนาดตัวอักษรที่สามารถอ่านได้ชัดเจน ดังนี้
 - 1) โลโก้ โครงการ STAR (1 สี)
 - 2) ชื่อโครงการ STAR
 - 3) ชื่อโครงการ “ยุติปัญหาวัณโรคและเอดส์ ด้วยชุดบริการ RRTTPR”
 - 4) เนื้อความตัวอย่างตามภาพ



โครงการ STAR

โครงการ "ยุติปัญหาโรคและเอดส์ ด้วยชุดบริการ RRTPR"

	เข็มฉีดยาชนิดใช้ครั้งเดียว เบอร์ 25 G x 1 นิ้ว (Separate needle) และ กระบอกฉีดยาชนิดใช้ครั้งเดียว (Syringe) ขนาด 1 ml.
	เข็มฉีดยาชนิดใช้ครั้งเดียว เบอร์ 27 G x 0.5 นิ้ว กระบอกฉีดยา ขนาด 1 ml. หรือ 1 cc. พร้อมหัว ชนิด "ถอดหัวเข็มไม่ได้" (Fixed)
	เข็มฉีดยาชนิดใช้ครั้งเดียว เบอร์ 27 G x 0.5 นิ้ว พร้อมกระบอกฉีดยา ขนาด 1 ml. หรือ 1 cc. ชนิด "ถอดหัวเข็มได้" (Detachable)
	เข็มฉีดยาชนิดใช้ครั้งเดียว เบอร์ 25 G x 1 นิ้ว (Separate needle) และ กระบอกฉีดยาชนิดใช้ครั้งเดียว (Syringe) ขนาด 3 ml.
	เข็มฉีดยาชนิดใช้ครั้งเดียว เบอร์ 29 G x 0.5 นิ้ว กระบอกฉีดยา ขนาด 1 ml. หรือ 1 cc. พร้อมหัว ชนิด "ถอดหัวเข็มไม่ได้" (Fixed)

อุปกรณ์สะอาดประกอบด้วย

☐ เข็มฉีดยา Lot No..... Exp.....	☐ สำลี Filler Lot No..... Exp.....
☐ สำลีปั้นก้อน Lot No..... Exp.....	☐ พลาสเตอร์ยา Lot No..... Exp.....
☐ น้ำกั้น Lot No..... Exp.....	☐ Cool Gel Lot No..... Exp.....
☐ แอลกอฮอล์แผ่น Lot No..... Exp.....	☐ ช้อน
	☐ สายรัดแขน

ทั้งนี้ รูปแบบ และขนาดสติ๊กเกอร์ข้างต้นผู้ซื้อที่มีสิทธิ์ปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม ถูกต้อง
ต่อการใช้งาน และผู้ขายจะต้องส่งตัวอย่างรูปแบบให้ผู้ซื้อพิจารณาก่อนดำเนินการผลิต

รายการที่ 6 สำลีปั้นก้อนปลอดเชื้อ (0.35 กรัม) (Sterile Cotton Ball) จำนวน 984,000 ก้อน หรือ
196,800 แพค(บรรจุซองละ 5 ก้อน)

6.1 สำลีที่ผลิตทำจากฝ้ายบริสุทธิ์ 40% ไม่มีสิ่งปนเปื้อน มีเส้นใยยาวสามารถเกาะเกี่ยวได้ดี ไม่ฟุ้ง
กระจาย เมื่อเวลาดึง ขนาดก้อนละ 0.35 กรัม

6.2 ผลิตจากสำลีที่มีคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเลขที่ มอก. 132-2515

6.3 ปราศจากสิ่งสกปรก ซองบรรจุเป็นของเวชภัณฑ์สำหรับการทำให้ปราศจากเชื้อ

6.4 มีสีขาวนวล ปราศจากสิ่งสกปรก และสารเรืองแสง

6.5 สามารถซึมซับของเหลวได้ดี

- 6.6 ทำให้ปลอดเชื้อโดยการอบแก๊ส Ethylene Oxide หรือรังสีแกมมาเรย์
- 6.7 บรรจุในซองปลอดเชื้อ (Peel Pack) ซองละ 5 ก้อน และมีเครื่องหมายที่ซองบรรจุแสดงว่าผ่านการฆ่าเชื้อสมบูรณ์
- 6.8 อายุของผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบต้องมีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 2 ปี นับจากวันส่งมอบ
- 6.9 รายละเอียดอื่น ๆ
 - 6.9.1 ผู้ขายต้องเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือเป็นตัวแทนจำหน่าย
- 6.10 เงื่อนไขการส่งมอบ
 - 6.10.1 ส่งมอบสินค้า จำนวน 1 งวด ณ คลังสินค้าของผู้ซื้อ โดยการส่งมอบดังกล่าวต้องกระทำในเวลาราชการ โดยมีรายละเอียดการส่งมอบดังนี้
 - 6.10.2 ส่งมอบสินค้า จำนวน **196,800** แพค ภายใน 30 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย
 - 6.10.3 ผู้ขายต้องแจ้งเป็นหนังสือให้มูลนิธิรักษะไทยทราบก่อนส่งมอบสินค้าไม่น้อยกว่า 3 วันทำการของการส่งแต่ละงวด
 - 6.10.4 หากสินค้าเสียหายระหว่างการส่งมอบผู้ขายต้องเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว

รายการที่ 7 สำลี Cotton Filters จำนวน 984,000 ก้อน หรือ 196,800 แพค(บรรจุซองละ 5 ก้อน)

- 7.1 ทำจากฝ้ายธรรมชาติ 40% มีสีขาวบริสุทธิ์
- 7.2 ปราศจากสิ่งสกปรก สารเรืองแสง สามารถซึมซับของเหลวได้ดีและรวดเร็ว
- 7.3 Cotton Filter มีขนาด (6 x 6 mm.)
- 7.4 บรรจุในซองพลาสติกที่ปิดสนิท (Plastic Zip lock) ซองละ 5 ก้อน
- 7.5 รายละเอียดอื่น ๆ
 - 7.5.1 ผู้ขายต้องเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือเป็นตัวแทนจำหน่าย
- 7.6 เงื่อนไขการส่งมอบ
 - 7.6.1 ส่งมอบสินค้า จำนวน 1 งวด ณ คลังสินค้าของผู้ซื้อ โดยการส่งมอบดังกล่าวต้องกระทำในเวลาราชการ โดยมีรายละเอียดการส่งมอบดังนี้
 - 7.6.1.1 ส่งมอบสินค้า จำนวน **196,800** แพค ภายใน 30 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย
 - 7.6.2 ผู้ขายต้องแจ้งเป็นหนังสือให้มูลนิธิรักษะไทยทราบก่อนส่งมอบสินค้าไม่น้อยกว่า 3 วันทำการของการส่งแต่ละงวด
 - 7.6.3 หากสินค้าเสียหายระหว่างการส่งมอบผู้ขายต้องเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว


รายการที่ 8 Sterile water (plastic bottles) ขนาด 5 ml. จำนวน 984,000 ขวด

- 8.1 เป็นน้ำกลั่นปราศจากเชื้อ ใส ไม่มีสี ปริมาตร 5 ml.
- 8.2 บรรจุในภาชนะบรรจุพลาสติกปราศจากเชื้อ
- 8.3 ฉลากหรือเอกสารกำกับยาระบุนุ้ชื่อสามัญทางยา, ขนาด, วิธีใช้, เลขที่ผลิต, วันผลิต หรือวันหมดอายุไว้อย่างชัดเจน
- 8.4 อายุของผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบต้องมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 2 ปี นับจากวันส่งมอบ
- 8.5 รายละเอียดอื่น ๆ
- 8.5.1 ผู้ขายต้องเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือเป็นตัวแทนจำหน่าย
- 8.6 เงื่อนไขการส่งมอบ
- 8.6.1 ส่งมอบสินค้า จำนวน 1 งวด ณ คลังสินค้าของผู้ซื้อ โดยการส่งมอบดังกล่าวต้องกระทำในเวลาราชการ โดยมีรายละเอียดการส่งมอบดังนี้
- 8.6.1.1 ส่งมอบสินค้า จำนวน 984,000 ขวด ภายใน 30 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย
- 8.6.1.2 ผู้ขายต้องแจ้งเป็นหนังสือให้มูลนิธิรักษไทยทราบก่อนส่งมอบสินค้าไม่น้อยกว่า 3 วันทำการของการส่งแต่ละงวด
- 8.6.1.3 หากสินค้าเสียหายระหว่างการส่งมอบผู้ขายต้องเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว

รายการที่ 9 ข้อนอลูมิเนียม (Stericup) ชนิดสั้น จำนวน 980,600 อัน

- 9.1 เป็นข้อทำจากอลูมิเนียม ชนิดสั้น มีขนาดความหนาไม่น้อยกว่า 0.3 มิลลิเมตร เส้นผ่าศูนย์กลางวงกลม กว้าง 17.5 มิล ขอบ เส้นผ่าศูนย์กลาง 21 มิล ด้ามจับยาว 50 มิล กว้าง 15 มิล
- 9.2 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำในประเทศไทย
- 9.3 กล่องที่ใช้บรรจุข้อ ทำด้วยวัสดุแข็งแรง ทนทาน สามารถรับน้ำหนักของข้อได้
- 9.4 รายละเอียดอื่น ๆ
- 9.4.1 ผู้ขายต้องเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือเป็นตัวแทนจำหน่าย
- 9.5 เงื่อนไขการส่งมอบ
- 9.5.1 ส่งมอบสินค้า จำนวน 13 งวด ณ คลังสินค้าของผู้ซื้อโดยการส่งมอบดังกล่าวต้องกระทำในเวลาราชการ โดยมีรายละเอียดการส่งมอบดังนี้
- 9.5.1.1 ส่งมอบสินค้า จำนวน 980,600 อัน ภายใน 30 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย
- 9.5.2 ผู้ขายต้องแจ้งเป็นหนังสือให้มูลนิธิรักษไทยทราบก่อนส่งมอบสินค้าไม่น้อยกว่า 3 วันทำการของการส่งแต่ละงวด

9.5.3 หากสินค้าเสียหายระหว่างการส่งมอบผู้ขายต้องเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว



รายการที่ 10 พลาสติกยาปิดแผล จำนวน 984,000 ชิ้น

- 10.1 พลาสติก พลาสติกใสเนื้อ
- 10.2 ขนาด 72 x 19 มิลลิเมตร
- 10.3 1 ชั้นบรรจุของ
- 10.4 อายุของผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบต้องมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 2 ปี นับจากวันส่งมอบ

รายการที่ 9 สำลีหรือแผ่นใยกระดาษชุบแอลกอฮอล์สำเร็จรูป (Alcohol pad) จำนวน 984,000 ซอง

- 9.1 กระดาษชุบแอลกอฮอล์สำหรับเช็ดแผล
- 9.2 แผ่นใยกระดาษชุบแอลกอฮอล์ ชนิด Ethyl Alcohol 70%
- 9.3 บรรจุในซองกระดาษที่ปิดสนิท และการใช้งานสามารถฉีกซองได้ง่าย
- 9.4 อายุของผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบต้องมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 2 ปี นับจากวันส่งมอบ
- 9.5 รายละเอียดอื่น ๆ

9.5.1 ผู้ขายต้องเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือเป็นตัวแทนจำหน่าย

9.6 เงื่อนไขการส่งมอบ

9.6.1 ส่งมอบสินค้า จำนวน 1 งวด ณ คลังสินค้าของผู้ซื้อ โดยการส่งมอบดังกล่าวต้องกระทำในเวลาราชการ โดยมีรายละเอียดการส่งมอบดังนี้

9.6.1.1 ส่งมอบสินค้า จำนวน 984,000 ซอง ภายใน 30 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย

9.6.2 ผู้ขายต้องแจ้งเป็นหนังสือให้มูลนิธิรณรงค์ฯไทยทราบก่อนส่งมอบสินค้าไม่น้อยกว่า 3 วันทำการของการส่งแต่ละงวด

9.6.3 หากสินค้าเสียหายระหว่างการส่งมอบผู้ขายต้องเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว

รายการที่ 12 สายยางรัดห้ามโลหิต (Non-Latex Tourniquet) จำนวน 195,840 ชิ้น

มาตรฐาน: เวชภัณฑ์สำหรับสายรัดแบบใช้แล้วทิ้งเนื่องจากไม่จำเป็นต้องทำความสะอาดหลังการใช้งาน

12.1 วัสดุคุณภาพสูงและออกแบบมาให้ทนต่อการฉีกขาด วัสดุยืดหยุ่นที่ใช้ในชุดอุปกรณ์ฉุกเฉิน จะไม่ฉีกขาดภายใต้แรงกดดันที่รุนแรง

12.2 สายรัดแบบใช้แล้วทิ้งแบบไม่มียางธรรมชาติ เหมาะสำหรับผู้ที่มีผิวแพ้ง่ายหรือแพ้ยางธรรมชาติ

12.3 ใช้สำหรับรัดแขนเจาะเลือดหรือฉีดยา

12.4 ขนาดสายมีความยาว 42 ซม. - 45 ซม. กว้าง 1 นิ้ว

12.5 สินค้าจากในประเทศไทย

12.6 ส่งมอบสินค้า จำนวน 195,840 ชิ้น ภายใน 30 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย

รายการที่ 13 การบรรจุชุดอุปกรณ์สำหรับผู้ใส่สารเสพติดชนิดฉีดเข้าเส้น (PWID) จำนวน 196,800 ชุด

การบรรจุชุดอุปกรณ์สำหรับผู้ใส่สารเสพติดชนิดฉีดเข้าเส้น (PWID) มีรายละเอียดดำเนินการ ดังนี้

13.1 เข็มฉีดยาขนาด 25 ยาว 1 นิ้ว พร้อมกระบอกฉีดยาขนาด 1 มิลลิเมตร ชนิดถอดหัวเข็มได้ จำนวน 9,120 ชุด

- 1) เข็มฉีดยาพร้อมกระบอกฉีดยาชนิดถอดหัวเข็มได้ จำนวน 5ชิ้น/1ชุด
- 2) สายรัดห้ามโลหิต (Tourniquet) จำนวน 1 ชิ้น/1 ชุด
- 3) สำลีปั่นก้อนปลอดเชื้อ (Sterile Cotton Ball) จำนวน 1 แพค /1 ชุด
- 4) สำลี Cotton Filters จำนวน 1 แพค/1 ชุด
- 5) สำลีหรือแผ่นใยกระดาษชุบแอลกอฮอล์สำเร็จรูป (Alcohol swab) จำนวน 5ชิ้น/1 ชุด
- 6) น้ำกลั่น Sterile water (Plastic bottles) จำนวน 5ขวด/1ชุด
- 7) ช้อน จำนวน 5อัน/1 ชุด
- 8) พลาสเตอร์ยา จำนวน 5 ชิ้น/ชุด

การบรรจุเข็มฉีดยา พร้อมกระบอกฉีดยา ภายใน 1 ชอง จะต้องระบุ Lot No. และวันหมดอายุ (Exp. Date) ที่เหมือนกัน

10) ตรวจเช็คความถูกต้องของการบรรจุในทุกรายการ ตามรายละเอียด ข้อ 1) – 9) และบันทึกข้อมูลอุปกรณ์ลงบนถุงพลาสติกทุกซอง หลังจากนั้นดำเนินการซีลปิดถุงพลาสติกให้เรียบร้อยเพื่อเตรียมการจัดส่งไปยังพื้นที่

11) บรรจุลงกล่องจำนวน 120 ชุด/กล่อง

กล่องกระดาษลูกฟูกที่ใช้จะต้องเป็นกล่องกระดาษลูกฟูก 5 ชั้นเท่านั้นและเป็นกล่องที่มีความแข็งแรงทนทาน เมื่อนำบรรจุแล้วสามารถวางซ้อนทับกันได้ 6-8 ชั้น **ขนาดกว้าง 40 ซม ยาว 60 ซม สูง 40 ซม**

12) ติดป้ายขนาด A4 ที่กล่อง ระบุ ข้อความ

- ชื่อบริษัทผู้บรรจุชุดอุปกรณ์สำหรับผู้ใส่สารเสพติดชนิดฉีดเข้าเส้น (PWID)
- เข็มฉีดยาขนาด 25 ยาว 1 นิ้ว พร้อมกระบอกฉีดยาขนาด 1 มิลลิเมตร ชนิดถอดหัวเข็มได้
- ในชุดประกอบด้วยอุปกรณ์ดังนี้
 - เข็มฉีดยาขนาด 25 ยาว 1 นิ้ว พร้อมกระบอกฉีดยาขนาด 1 มิลลิเมตร ชนิดถอดหัวเข็มได้จำนวน 5 ชิ้น ระบุ Lot No. และวันหมดอายุ
 - สายรัดห้ามโลหิต (Tourniquet) จำนวน 1 ชิ้น
 - สำลีปั่นก้อนปลอดเชื้อ (Sterile Cotton Ball) จำนวน 5 ชิ้น (1 แพค) ระบุ Lot no.และวันหมดอายุ
 - สำลี Cotton Filters จำนวน 5 ชิ้น (1 แพค) ระบุ Lot no.และวันหมดอายุ
 - สำลีหรือแผ่นใยกระดาษชุบแอลกอฮอล์สำเร็จรูป (Alcohol swab) จำนวน 5 ชิ้น ระบุ Lot no.และวันหมดอายุ
 - น้ำกลั่น Sterile water (Plastic bottles) จำนวน 5 ชิ้น ระบุ Lot no.และวันหมดอายุ
 - ซ้อน จำนวน 5อัน/1 ชุด

13.2 เข็มฉีดยาขนาด 27 ยาว 1/2 นิ้ว พร้อมกระบอกฉีดยาขนาด 1 มิลลิเมตร ชนิดถอดหัวเข็มได้ จำนวน 94,560 ชุด

1) เข็มฉีดยาพร้อมกระบอกฉีดยาชนิดถอดหัวเข็มได้ จำนวน 5ชิ้น/1ชุด

- 1) สายรัดห้ามโลหิต (Tourniquet) จำนวน 1 ชิ้น/1 ชุด
- 3) สำลีปั่นก้อนปลอดเชื้อ (Sterile Cotton Ball) จำนวน 1 แพค /1 ชุด
- 4) สำลี Cotton Filters จำนวน 1 แพค/1 ชุด
- 5) สำลีหรือแผ่นใยกระดาษชุบแอลกอฮอล์สำเร็จรูป (Alcohol swab) จำนวน 5ชิ้น/1 ชุด
- 6) น้ำกลั่น Sterile water (Plastic bottles) จำนวน 5ขวด/1ชุด
- 7) ช้อน จำนวน 5อัน/1 ชุด
- 8) พลาสเตอร์ยา จำนวน 5 ชิ้น/ชุด
- 9) การบรรจุเข็มฉีดยา พร้อมกระบอกฉีดยา ภายใน 1 ชอง จะต้องระบุ Lot No. และวันหมดอายุ (Exp. Date) ที่เหมือนกัน
- 10) ตรวจเช็คความถูกต้องของการบรรจุในทุกรายการ ตามรายละเอียด ข้อ 1) – 9) และบันทึกข้อมูลอุปกรณ์ลงบนถุงพลาสติกทุกซอง หลังจากนั้นดำเนินการซีลปิดถุงพลาสติกให้เรียบร้อยเพื่อเตรียมการจัดส่งไปยังพื้นที่
- 11) บรรจุลงกล่องจำนวน 120 ชุด/กล่อง
กล่องกระดาษลูกฟูกที่ใช้จะต้องเป็นกล่องกระดาษลูกฟูก 5 ชั้นเท่านั้นและเป็นกล่องที่มีความแข็งแรงทนทาน เมื่อนำบรรจุแล้วสามารถวางซ้อนทับกันได้ 6-8 ชั้น ขนาดกว้าง 40 ซม ยาว 60 ซม สูง40 ซม
- 12) ติดป้ายขนาด A4 ที่กล่อง ระบุ ข้อความ
 - ชื่อบริษัทผู้บรรจุชุดอุปกรณ์สำหรับผู้ให้สารเสพติดชนิดฉีดเข้าเส้น (PWID)
 - เข็มฉีดยาขนาด 27 ยาว 1/2 นิ้ว พร้อมกระบอกฉีดยาขนาด 1 มิลลิเมตร ชนิดถอดหัวเข็มได้
 - ในชุดประกอบด้วยอุปกรณ์ดังนี้
 - เข็มฉีดยาขนาด 27 ยาว 1/2 นิ้ว พร้อมกระบอกฉีดยาขนาด 1 มิลลิเมตร ชนิดถอดหัวเข็มได้จำนวน 5 ชิ้น ระบุ Lot No. และวันหมดอายุ
 - สายรัดห้ามโลหิต (Tourniquet) จำนวน 1 ชิ้น
 - สำลีปั่นก้อนปลอดเชื้อ (Sterile Cotton Ball) จำนวน 5 ชิ้น (1 แพค) ระบุ Lot no.และวันหมดอายุ
 - สำลี Cotton Filters จำนวน 5 ชิ้น (1 แพค) ระบุ Lot no.และวันหมดอายุ
 - สำลีหรือแผ่นใยกระดาษชุบแอลกอฮอล์สำเร็จรูป (Alcohol swab) จำนวน 5 ชิ้น ระบุ Lot no.และวันหมดอายุ

- น้ำกลั่น Sterile water (Plastic bottles) จำนวน 5 ขี้น ระบุ Lot no.และวันหมดอายุ
- ซ้อน จำนวน 5อัน/1 ชุด

14.3 เข็มฉีดยาขนาด 25 ยาว 1 นิ้ว พร้อมกระบอกฉีดยาขนาด 3 มิลลิเมตร ชนิดถอดหัวเข็มได้ จำนวน 51,720 ชุด

- 1) เข็มฉีดยาพร้อมกระบอกฉีดยาชนิดถอดหัวเข็มได้ จำนวน 5ขี้น/1ชุด
- 2) สายรัดห้ามโลหิต (Tourniquet) จำนวน 1 ขี้น/1 ชุด
- 3) สำลีปั่นก้อนปลอดเชื้อ (Sterile Cotton Ball) จำนวน 1 แพค /1 ชุด
- 4) สำลี Cotton Filters จำนวน 1 แพค/1 ชุด
- 5) สำลีหรือแผ่นใยกระดาษชุบแอลกอฮอล์สำเร็จรูป (Alcohol swab) จำนวน 5ขี้น/1 ชุด
- 6) น้ำกลั่น Sterile water (Plastic bottles) จำนวน 5ขวด/1ชุด
- 7) ซ้อน จำนวน 5อัน/1 ชุด
- 8) พลาสเตอร์ยา จำนวน 5 ขี้น/ชุด
- 9) การบรรจุเข็มฉีดยา พร้อมกระบอกฉีดยา ภายใน 1 ชอง จะต้องระบุ Lot No. และวันหมดอายุ (Exp. Date) ที่เหมือนกัน
- 10) ตรวจเช็คความถูกต้องของการบรรจุในทุกรายการ ตามรายละเอียด ข้อ 1) – 9) และบันทึกข้อมูลอุปกรณ์ลงบนถุงพลาสติกทุกของ หลังจากนั้นดำเนินการซีลปิดถุงพลาสติกให้เรียบร้อยเพื่อเตรียมการจัดส่งไปยังพื้นที่
- 11) บรรจุลงกล่องจำนวน 120 ชุด/กล่อง
กล่องกระดาษลูกฟูกที่ใช้จะต้องเป็นกล่องกระดาษลูกฟูก 5 ขี้นเท่านั้นและเป็นกล่องที่มีความแข็งแรงทนทาน เมื่อนำบรรจุแล้วสามารถวางซ้อนทับกันได้ 6-8 ขี้น ขนาดกว้าง 40 ซม ยาว 60 ซม สูง40 ซม

12) ติดป้ายขนาด A4 ที่กล่อง ระบุ ข้อความ

- ชื่อบริษัทผู้บรรจุชุดอุปกรณ์สำหรับผู้ใช้สารเสพติดชนิดฉีดเข้าเส้น (PWID)
- เข็มฉีดยาขนาด 25 ยาว 1 นิ้ว พร้อมกระบอกฉีดยาขนาด 3 มิลลิเมตร ชนิดถอดหัวเข็มได้
- ในชุดประกอบด้วยอุปกรณ์ดังนี้
 - เข็มฉีดยาขนาด 25 ยาว 1 นิ้ว พร้อมกระบอกฉีดยาขนาด 3 มิลลิเมตร ชนิดถอดหัวเข็มได้จำนวน 5 ขี้น ระบุ Lot No. และวันหมดอายุ

- สายรัดห้ามโลหิต (Tourniquet) จำนวน 1 ชิ้น
- สำลีปั่นก้อนปลอดเชื้อ (Sterile Cotton Ball) จำนวน 5 ชิ้น (1 แพค) ระบุ Lot no.และวันหมดอายุ
- สำลี Cotton Filters จำนวน 5 ชิ้น (1 แพค) ระบุ Lot no.และวันหมดอายุ
- สำลีหรือแผ่นใยกระดาษชุบแอลกอฮอล์สำเร็จรูป (Alcohol swab) จำนวน 5 ชิ้น ระบุ Lot no.และวันหมดอายุ
- น้ำกลั่น Sterile water (Plastic bottles) จำนวน 5 ชิ้น ระบุ Lot no.และวันหมดอายุ
- ช้อน จำนวน 5 อัน/1 ชุด

13.4. เข็มฉีดยาขนาด 27 ยาว 1/2 นิ้ว พร้อมกระบอกฉีดยาขนาด 1 มิลลิเมตร ชนิดถอดหัวเข็มไม่ได้ จำนวน 21,480 ชุด

- 1) เข็มฉีดยาพร้อมกระบอกฉีดยาชนิดถอดหัวเข็มไม่ได้ จำนวน 5ชิ้น/1ชุด
- 2) สายรัดห้ามโลหิต (Tourniquet) จำนวน 1 ชิ้น/1 ชุด
- 3) สำลีปั่นก้อนปลอดเชื้อ (Sterile Cotton Ball) จำนวน 1 แพค /1 ชุด
- 4) สำลี Cotton Filters จำนวน 1 แพค/1 ชุด
- 5) สำลีหรือแผ่นใยกระดาษชุบแอลกอฮอล์สำเร็จรูป (Alcohol swab) จำนวน 5ชิ้น/1 ชุด
- 6) น้ำกลั่น Sterile water (Plastic bottles) จำนวน 5ขวด/1ชุด
- 7) ช้อน จำนวน 5 อัน/1 ชุด
- 8) พลาสเตอร์ยา จำนวน 5 ชิ้น/ชุด
- 9) การบรรจุเข็มฉีดยา พร้อมกระบอกฉีดยา ภายใน 1 ชอง จะต้องระบุ Lot No. และวันหมดอายุ (Exp. Date) ที่เหมือนกัน
- 10) ตรวจเช็คความถูกต้องของการบรรจุในทุกรายการ ตามรายละเอียด ข้อ 1) – 9) และบันทึกข้อมูลอุปกรณ์ลงบนถุงพลาสติกทุกซอง หลังจากนั้นดำเนินการซีลปิดถุงพลาสติกให้เรียบร้อยเพื่อเตรียมการจัดส่งไปยังพื้นที่
- 11) บรรจุลงกล่องจำนวน 120 ชุด/กล่อง
กล่องกระดาษลูกฟูกที่ใช้จะต้องเป็นกล่องกระดาษลูกฟูก 5 ชั้นเท่านั้นและเป็นกล่องที่มีความแข็งแรงทนทาน เมื่อนำบรรจุแล้วสามารถวางซ้อนทับกันได้ 6-8 ชั้นขนาดกว้าง 40 ซม ยาว 60 ซม สูง40 ซม
- 12) ติดป้ายขนาด A4 ที่กล่อง ระบุ ข้อความ

- ชื่อบริษัทผู้บรรจุชุดอุปกรณ์สำหรับผู้ใส่สารเสพติดชนิดฉีดเข้าเส้น (PWID)
- เข็มฉีดยาขนาด 27 ยาว 1/2 นิ้ว พร้อมกระบอกฉีดยาขนาด 1 มิลลิเมตร ชนิดถอดหัวเข็มไม่ได้ ในชุดประกอบด้วยอุปกรณ์ดังนี้
 - เข็มฉีดยาขนาด 27 ยาว 1/2 นิ้ว พร้อมกระบอกฉีดยาขนาด 1 มิลลิเมตร ชนิดถอดหัวเข็มไม่ได้ จำนวน 5 ชิ้น ระบุ Lot No. และวันหมดอายุ
 - สายรัดห้ามโลหิต (Tourniquet) จำนวน 1 ชิ้น
 - สำลีปั่นก้อนปลอดเชื้อ (Sterile Cotton Ball) จำนวน 5 ชิ้น (1 แพค) ระบุ Lot no.และวันหมดอายุ
 - สำลี Cotton Filters จำนวน 5 ชิ้น (1 แพค) ระบุ Lot no.และวันหมดอายุ
 - สำลีหรือแผ่นใยกระดาษชุบแอลกอฮอล์สำเร็จรูป (Alcohol swab) จำนวน 5 ชิ้น ระบุ Lot no.และวันหมดอายุ
 - น้ำกลั่น Sterile water (Plastic bottles) จำนวน 5 ชิ้น ระบุ Lot no.และวันหมดอายุ
 - ช้อน จำนวน 5อัน/1 ชุด
 - พลาสเตอร์ยา จำนวน 5 ชิ้น ระบุ Lot no.และวันหมดอายุ

13.5. เข็มฉีดยาขนาด 29 ยาว 1/2 นิ้ว พร้อมกระบอกฉีดยาขนาด 1 มิลลิเมตร ชนิดถอดหัวเข็มไม่ได้ จำนวน 19,920 ชุด

- 1) เข็มฉีดยาพร้อมกระบอกฉีดยาชนิดถอดหัวเข็มไม่ได้ จำนวน 5ชิ้น/1ชุด
- 2) สายรัดห้ามโลหิต (Tourniquet) จำนวน 1 ชิ้น/1 ชุด
- 3) สำลีปั่นก้อนปลอดเชื้อ (Sterile Cotton Ball) จำนวน 1 แพค /1 ชุด
- 4) สำลี Cotton Filters จำนวน 1 แพค/1 ชุด
- 5) สำลีหรือแผ่นใยกระดาษชุบแอลกอฮอล์สำเร็จรูป (Alcohol swab) จำนวน 5ชิ้น/1 ชุด
- 6) น้ำกลั่น Sterile water (Plastic bottles) จำนวน 5ขวด/1ชุด
- 7) ช้อน จำนวน 5อัน/1 ชุด
- 8) พลาสเตอร์ยา จำนวน 5 ชิ้น/ชุด
- 9) การบรรจุเข็มฉีดยา พร้อมกระบอกฉีดยา ภายใน 1 ชอง จะต้องระบุ Lot No. และวันหมดอายุ (Exp. Date) ที่เหมือนกัน

10) ตรวจสอบเช็คความถูกต้องของการบรรจุในทุกรายการ ตามรายละเอียด ข้อ 1) – 9) และบันทึกข้อมูลอุปกรณ์ลงบนถุงพลาสติกทุกซอง หลังจากนั้นดำเนินการซีลปิดถุงพลาสติกให้เรียบร้อยเพื่อเตรียมการจัดส่งไปยังพื้นที่

11) บรรจุลงกล่องจำนวน 120 ชุด/กล่อง

กล่องกระดาษลูกฟูกที่ใช้จะต้องเป็นกล่องกระดาษลูกฟูก 5 ชั้นเท่านั้นและเป็นกล่องที่มีความแข็งแรงทนทาน เมื่อนำบรรจุแล้วสามารถวางซ้อนทับกันได้ 6-8 ชั้น **ขนาดกว้าง 40 ซม ยาว 60 ซม สูง 40 ซม**

12) ติดป้ายขนาด A4 ที่กล่อง ระบุ ข้อความ

- ชื่อบริษัทผู้บรรจุชุดอุปกรณ์สำหรับผู้ใส่สารเสพติดชนิดฉีดเข้าเส้น (PWID)
- เพิ่มฉื่อยาขนาด 29 ยาว 1/2 นิ้ว พร้อมกระบอกฉื่อยาขนาด 1 มิลลิเมตร ชนิดถอดหัวเข็มไม่ได้ ในชุดประกอบด้วยอุปกรณ์ดังนี้
 - เพิ่มฉื่อยาขนาด 29 ยาว 1/2 นิ้ว พร้อมกระบอกฉื่อยาขนาด 1 มิลลิเมตร ชนิดถอดหัวเข็มไม่ได้ จำนวน 5 ชิ้น ระบุ Lot No. และวันหมดอายุ
 - สายรัดห้ามโลหิต (Tourniquet) จำนวน 1 ชิ้น
 - สำลีปั้นก้อนปลอดเชื้อ (Sterile Cotton Ball) จำนวน 5 ชิ้น (1 แพค) ระบุ Lot no.และวันหมดอายุ
 - สำลี Cotton Filters จำนวน 5 ชิ้น (1 แพค) ระบุ Lot no.และวันหมดอายุ
 - สำลีหรือแผ่นใยกระดาษชุบแอลกอฮอล์สำเร็จรูป (Alcohol swab) จำนวน 5 ชิ้น ระบุ Lot no.และวันหมดอายุ
 - น้ำกลั่น Sterile water (Plastic bottles) จำนวน 5 ชิ้น ระบุ Lot no.และวันหมดอายุ
 - เข็ม จำนวน 5อัน/1 ชุด
 - พลาสเตอร์ยา จำนวน 5 ชิ้น ระบุ Lot no.และวันหมดอายุ

แบบใบเสนอราคา

เรียน มูลนิธิรักไทย

1. ข้าพเจ้า (ชื่อ บริษัท/ห้าง/ร้าน)

อยู่เลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

จังหวัด.....โทรศัพท์.....โดย.....

ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ได้พิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ในเอกสารประกวดราคาข้อที่ 205/2568 เรื่องประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับผู้ใช้สารเสพติดชนิดฉีดเข้าเส้น (PWID) โดยตลอดและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกำหนด และไม่เป็นผู้ทำงานของเอกชนและทางราชการ

2. ข้าพเจ้าขอเสนอราคารายการพัสดุ รวมทั้งบริการ ซึ่งกำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาและกำหนดเวลาส่งมอบดังต่อไปนี้

ที่	รายการ	นามสินค้า (ยี่ห้อ)	จำนวน	ราคาต่อ หน่วย(รวม ภาษีทุก ประเภท แล้ว)	รวมเป็นเงิน	กำหนด ส่งมอบ/ยื่น ราคา
1	เข็มฉีดยาขนาด 25 G ยาว 1 นิ้ว และกระบอกฉีดยาขนาด 3 มม. แบบถอดหัวได้					
	1.1 เข็มฉีดยา ขนาด 25 G ยาว 3 นิ้ว (บรรจุ 100 ชิ้น/กล่อง)		2,586 กล่อง			ภายใน วันที่ 30 พย.2568 /30 วัน
	1.2 กระบอกฉีดยา ขนาด 1 มล. (บรรจุ 100 ชิ้น/กล่อง)		2,586 กล่อง			ภายใน วันที่ 30 พย.2568 /30 วัน
2	เข็มฉีดยาขนาด 27 G ยาว 1/2 นิ้ว และกระบอกฉีดยาขนาด 1 มม. แบบถอดหัวได้					
	2.1 เข็มฉีดยา ขนาด 27 G ยาว 1/2 นิ้ว (บรรจุ 100 ชิ้น/กล่อง)		4,378 กล่อง			ภายใน วันที่ 30 พย.2568 /30 วัน
	2.2 กระบอกฉีดยา ขนาด 1 มล. (บรรจุ 100 ชิ้น/กล่อง)		4,378 กล่อง			ภายใน วันที่ 30 พย.2568 /30 วัน

3	เข็มฉีดยาขนาด 27 G ยาว 1/2 นิ้ว และกระบอกฉีดยาขนาด 1 มม. แบบถอดหัวไม่ได้		1,074	กล่อง		ภายใน วันที่ 30 พย.2568 /30 วัน
	3.1 เข็มฉีดยา ขนาด 27 G ยาว 1/2 นิ้ว และกระบอกฉีดยาขนาด 1 มม. แบบถอดหัวไม่ได้ (บรรจุ 100 ชิ้น/กล่อง) Fixed					
4	เข็มฉีดยาขนาด 29 G ยาว 1/2 นิ้ว และกระบอกฉีดยาขนาด 1 มม. แบบถอดหัวไม่ได้		996	กล่อง		ภายใน วันที่ 30 พย.2568 /30 วัน
	4.1 เข็มฉีดยา ขนาด 29 G ยาว 1/2 นิ้ว และกระบอกฉีดยาขนาด 1 มม. แบบถอดหัวไม่ได้ (บรรจุ 100 ชิ้น/กล่อง)(Fixed) Low Dead Space					
5	ถุงพลาสติกแบบปิดสนิท ขนาด 15X23 ซม. (Plastic Zip Lock)		196,404	ซอง		ภายใน วันที่ 30 พย.2568 /30 วัน
6	สำลีปั่นก้อน Sterile Cotton Ball (บรรจุ 5 ชิ้น/ซอง)		196,800	แพค		ภายใน วันที่ 30 พย.2568 /30 วัน
7	สำลี Cotton Filters size 6X6 MM (บรรจุ 5 ชิ้น/ซอง)		196,800	แพค		ภายใน วันที่ 30 พย.2568 /30 วัน
8	สำลีหรือแผ่นใยกระดาษชุบ แอลกอฮอล์สำเสร็จรูป (Alcohol Pad) (บรรจุ 200 ซอง/กล่อง)		984,000	ซอง		ภายใน วันที่ 30 พย.2568 /30 วัน
9	น้ำกลั่น Sterile water 5 ML (plastic bottles)		984,000	ขวด		ภายใน วันที่ 30 พย.2568 /30 วัน
10	ช้อนสเตนเลส (Stericup)		980,600	อัน		ภายใน วันที่ 30 พย.2568 /30 วัน

11	พลาสติกเอร์ยาปิดแผล		984,000	ชิ้น			ภายใน วันที่ 30 พย.2568 /30 วัน
12	Non Latex Tourniquet		195,840	ชิ้น			ภายใน วันที่ 30 พย.2568 /30 วัน
13	การบรรจุชุดอุปกรณ์สำหรับผู้ใส่ สารเสพติดชนิดฉีดเข้าเส้น (PWID)		196,800	ชุด			ภายใน วันที่ 25 ธค 2568 /30 วัน

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น.....บาท

()

ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มรวมภาษีอากรและค่าขนส่งไว้ด้วยแล้ว

3. คำเสนอนี้จะยื่นอยู่เป็นระยะเวลา 30 วัน นับแต่วันเปิดซองประกวดราคา และมูลนิธิต่างๆจะรับคำเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่
จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือ ระยะเวลาที่ได้ยื่นออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่มูลนิธิฯ ร้องขอ
4. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการประกวดราคา ข้าพเจ้ารับรองที่จะ
 - 4.1 ทำสัญญาตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารราคากับมูลนิธิรักษไทยภายใน 7 วันนับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้ง
ให้ไปทำสัญญา
 - 4.2 มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาตามที่ระบุไว้ในข้อ 6 ของเอกสารประกวดราคาให้แก่มูลนิธิรักษไทย ก่อนหรือ
ในขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจำนวนร้อยละ 5 ของราคาตามสัญญาที่ได้รับไว้ในใบเสนอราคานี้ เพื่อเป็น
หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน
 หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติตามที่ระบุไว้ข้างต้นนี้ ข้าพเจ้ายินดีชดใช้ค่าเสียหายใดที่อาจมีแก่มูลนิธิฯ และ มูลนิธิฯ
มีสิทธิจะให้ผู้เสนอราคารายอื่นเป็นประกวดราคาได้หรือ มูลนิธิฯอาจเรียกประกวดราคาใหม่ก็ได้
5. ข้าพเจ้ายอมรับว่ามูลนิธิฯไม่มีความผูกพันที่จะรับคำเสนอนี้ หรือใบเสนอราคาใด รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ อัน
เกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าเสนอราคา

6. บรรดาหลักฐานประกอบการพิจารณาเช่น ตัวอย่าง (Sample) แคตตาล็อก แบบรูป รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Specifications) ซึ่งข้าพเจ้าได้ส่งให้แก่มูลนิธิพร้อมใบเสนอราคาข้าพเจ้ายินยอมมอบให้มูลนิธิไว้เป็นเอกสารและทรัพย์สินของมูลนิธิ สำหรับตัวอย่างที่เหลือนหรือไม่ใช้แล้ว ซึ่งมูลนิธิ คืนได้ข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับตัวอย่างนั้น
7. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจประกวดเอกสารต่างๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้โดยละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่ามูลนิธิ ไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาดหรือตกหล่น
8. ใบเสนอราคานี้ได้ยื่นเสนอราคาโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม หรือปราศจากกลฉ้อฉลหรือการสมรู้ร่วมคิดกันโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วนบริษัทใดๆ ที่ได้ยื่นเสนอราคาในคราวเดียวกัน

เสนอมา ณ วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(ลงชื่อ).....

(.....)

ตำแหน่ง.....

ประทับตรา (ถ้ามี)